



Be Right™



## Reagens voor totaal-chloor, Accuvac, DPD

Productnr.:

2503025

Gevaarlijk

EUR Prijs:

Neem contact op

Beschikbaar



De ampullen bevatten de exacte hoeveelheid reagens voor één test en kunnen worden gebruikt als meetkuvet. Voor de bepaling van totaal-chloor, 0,02 - 2,00 mg/L Cl<sub>2</sub>, broom, 0,05 - 4,50 mg/L Br<sub>2</sub> en jood, 0,07 - 7,00 mg/L I<sub>2</sub>.

### Specificaties

Aantal testen:	25
EPA compliant:	Ja
Instrument:	Alle
Meetbereik:	0,07 - 7,00 mg/L I <sub>2</sub>
Methode:	DPD
Methodenummer:	8031 Jod
Parameter:	Chloor, totaal
	Broom
	Jodium
Platform:	Accuvac
Volume / verpakkingsgrootte:	25 /pk